

INTRASITE® GEL

Hydrogelové krytí ran

STERILE

Jednorázové použití.

Sterilizováno parou.

Nepoužívejte obsah, pokud je balení otevřené nebo poškozené. Uchovávejte v suchu (5–25 °C). Chraňte před slunečním světlem.

Popis

INTRASITE® Gel je čirý amorfní hydrogel obsahující modifikovaný polymer karboxymethylcelulozy, propylenglykol a vodu. Dodává se sterilní v jednodávkovém balení umožňujícím snadnou aplikaci.

Princip funkce

INTRASITE® Gel jemnou rehydratací nekrotické tkáně podporuje přirozené odstranění detritu prostřednictvím autolyze. Rovněž uvolňuje a absorbuje odumřelou tkáň a exsudát. INTRASITE® Gel zajišťuje vlhké prostředí pro hojení ran. Je nepříhlavý a nepoškozuje životaschopné tkáně nebo kůži obklupující rany.

Indikace

INTRASITE® Gel je určen k odstraňování neživotaschopné tkáně z měkkých, podmínovaných a hlubokých ran (např. proleženin, vředů na nohou, diabetických vředů chodidel, maligních ran, popálenin, chirurgických ran, opaření, tržných ran, odřenin, amputací a funginózních vředů). Také slouží k ošetření dutinových ran s granulační tkání, exkoriované kůže a radiačních popálenin.

Kontraindikace

Nepoužívejte v případě známé citlivosti na INTRASITE® Gel nebo na kteroukoli z jeho složek.

Bezpečnostní opatření při použití

Před radiační terapií zajistíte odstranění zbylého gelu. Pokud se objeví známky podráždění nebo citlivosti, přerušte používání. INTRASITE® Gel se musí používat opatrně v blízkosti očí a v hlubokých ranách s úzkými otvory (např. píštěl) a v tělních dutinách, kde může být odstranění gelu obtížné. INTRASITE® Gel je určen pouze k zevnímu použití a nesmí se užívat vnitřně. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ - při likvidaci ochranného víčka postupujte opatrně. Vyvarujte se požití. Nepoužívejte na popraskané bradavky. INTRASITE® Gel je a single INTRASITE® Gel je výrobek pro jedno

použití. Při použití u více než jednoho pacienta může dojít ke krízové kontaminaci nebo infekci. Nepoužíti gel se nesmí uchovávat pro pozdější použití.

Návod k použití

Pokud se přípravek používá na infikované rány, infekce se musí ošetřit podle místního klinického protokolu.

1. Připravte místo rány:
Odstraňte sekundární krytí. Propláchnutím rány sterilním fyziologickým roztokem očistěte místo rány.
2. Připravte balení:
Sejměte ochranné víčko z trysky. Odřete odlamovací špičku a trysku balení vhodným antiseptickým tamponem. Odolme vzorkovanou špičku z trysky.
3. Zavedte INTRASITE® Gel do rány. Udržujte špičku trysky mimo povrch rány a jemně stisknutím misky balení naneste gel do rány. Přitom dbejte na to, aby se přebytečný gel nedostal na okolní kůži. Vyhlaďte INTRASITE® Gel na povrchu rány do houbky přibližně 5 mm. Veškerý nepoužitý gel zlikvidujte.
4. Zakryjte ránou:
Překryjte sekundárním krytím podle vlastní volby, např.: STÁDÍUM RÁNY KRYTÍ Nekrotická OPSITE®

Olpoující se	FLEXIGRID®
ALLEVYN®/	MELOLIN®
Granulační	ALLEVYN/
MELOLIN/	OPSITE®
FLEXIGRID	CARBONET®

Páchnoucí	FLEXIGRID
CARBONET®	
5. Odstranění INTRASITE® Gel: INTRASITE® Gel lze z rány odstranit opachováním sterálního fyziologického roztoku. Pokud je obtížné INTRASITE® Gel odstranit, lze odstranění usnadnit navlhčením oblasti sterilní vodou nebo fyziologickým roztokem. U nekrotických a olupujících se ran se doporučuje měnit kryt alespoň každé tři dny. U čistých granulačních ran závisí frekvence výměny krytí na klinickém stavu rány a množství vyprodukovaného exsudátu.	

Dostupnost produktu

Kód	Rozměry	Dostupnost
7308	8 g	Krabice 10 ks
7311	15 g	Krabice 10 ks
7313	25 g	Krabice 10 ks
66800241	25 g	Krabice 3 ks



2797

INTRASITE® GEL

Hydroželový opatrunk rany

STERILE

Jednorázové použití.

Sterilizováno parou.



Nepoužívejte obsah, pokud je balení otevřené nebo poškozené. Uchovávejte v suchu (5–25 °C). Chraňte před slunečním světlem.

Návod k použití

Pokud se přípravek používá na infikované rány, infekce se musí ošetřit podle místního klinického protokolu.

1. Připravte místo rány:

Odstraňte sekundární krytí. Propláchnutím rány sterilním fyziologickým roztokem očistěte místo rány.

2. Připravte balení:

Sejměte ochranné víčko z trysky. Odřete odlamovací špičku a trysku balení vhodným antiseptickým tamponem. Odolme vzorkovanou špičku z trysky.

3. Zavedte INTRASITE® Gel do rány. Udržujte špičku trysky mimo povrch rány a jemně stisknutím misky balení naneste gel do rány. Přitom dbejte na to, aby se přebytečný gel nedostal na okolní kůži.

Vyhlaďte INTRASITE® Gel na povrchu rány do houbky přibližně 5 mm. Veškerý nepoužitý gel zlikvidujte.

4. Zakryjte ránou:

Překryjte sekundárním krytím podle vlastní volby, např.: STÁDÍUM RÁNY KRYTÍ Nekrotická OPSITE®

Olpoující se	FLEXIGRID®
ALLEVYN®/	MELOLIN®
Granulační	ALLEVYN/
MELOLIN/	OPSITE®
FLEXIGRID	CARBONET®

Páchnoucí	FLEXIGRID
CARBONET®	
5. Odstranění INTRASITE® Gel: INTRASITE® Gel lze z rány odstranit opachováním sterálního fyziologického roztoku. Pokud je obtížné INTRASITE® Gel odstranit, lze odstranění usnadnit navlhčením oblasti sterilní vodou nebo fyziologickým roztokem. U nekrotických a olupujících se ran se doporučuje měnit kryt alespoň každé tři dny. U čistých granulačních ran závisí frekvence výměny krytí na klinickém stavu rány a množství vyprodukovaného exsudátu.	

Princip funkce

INTRASITE® Gel je rehydratační nekrotické tkáň podporuje přirozené odstranění detritu prostřednictvím autolyze. Rovněž uvolňuje a absorbuje odumřelou tkáň a exsudát.

INTRASITE® Gel zajišťuje vlhké prostředí pro hojení ran. Je nepříhlavý a nepoškozuje životaschopné tkáně nebo kůži obklupující rany.

Indikace

INTRASITE® Gel je určen k odstraňování neživotaschopné tkáně z měkkých, podmínovaných a hlubokých ran (např. proleženin, vředů na nohou, diabetických vředů chodidel, maligních ran, popálenin, chirurgických ran, opaření, tržných ran, odřenin, amputací a funginózních vředů). Také slouží k ošetření dutinových ran s granulační tkání, exkoriované kůže a radiačních popálenin.

Kontraindikace

Nepoužívejte v případě známé citlivosti na INTRASITE® Gel nebo na kteroukoli z jeho složek.

Bezpečnostní opatření při použití

Před radiační terapií zajistíte odstranění zbylého gelu. Pokud se objeví známky podráždění nebo citlivosti, přerušte používání. INTRASITE® Gel se musí používat opatrně v blízkosti očí a v hlubokých ranách s úzkými otvory (např. píštěl) a v tělních dutinách, kde může být odstranění gelu obtížné. INTRASITE® Gel je určen pouze k zevnímu použití a nesmí se užívat vnitřně. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ - při likvidaci ochranného víčka postupujte opatrně. Vyvarujte se požití. Nepoužívejte na popraskané bradavky. INTRASITE® Gel je a single INTRASITE® Gel je výrobek pro jedno

použití. Při použití u více než jednoho pacienta může dojít ke krízové kontaminaci nebo infekci. Nepoužíti gel se nesmí uchovávat pro pozdější použití.

Návod k použití

Pokud se přípravek používá na infikované rány, infekce se musí ošetřit podle místního klinického protokolu.

1. Připravte místo rány:

Odstraňte sekundární krytí. Propláchnutím rány sterilním fyziologickým roztokem očistěte místo rány.

2. Připravte balení:

Sejměte ochranné víčko z trysky. Odřete odlamovací špičku a trysku balení vhodným antiseptickým tamponem. Odolme vzorkovanou špičku z trysky.

3. Zavedte INTRASITE® Gel do rány. Udržujte špičku trysky mimo povrch rány a jemně stisknutím misky balení naneste gel do rány. Přitom dbejte na to, aby se přebytečný gel nedostal na okolní kůži.

Vyhlaďte INTRASITE® Gel na povrchu rány do houbky přibližně 5 mm. Veškerý nepoužitý gel zlikvidujte.

4. Zakryjte ránou:

Překryjte sekundárním krytím podle vlastní volby, např.: STÁDÍUM RÁNY KRYTÍ Nekrotická OPSITE®

Olpoující se	FLEXIGRID®
ALLEVYN®/	MELOLIN®
Granulační	ALLEVYN/
MELOLIN/	OPSITE®
FLEXIGRID	CARBONET®

Páchnoucí	FLEXIGRID
CARBONET®	

5. Odstranění INTRASITE® Gel: INTRASITE® Gel lze z rány odstranit opachováním sterálního fyziologického roztoku. Pokud je obtížné INTRASITE® Gel odstranit, lze odstranění usnadnit navlhčením oblasti sterilní vodou nebo fyziologickým roztokem. U nekrotických a olupujících se ran se doporučuje měnit kryt alespoň každé tři dny. U čistých granulačních ran závisí frekvence výměny krytí na klinickém stavu rány a množství vyprodukovaného exsudátu.

Princip funkce

INTRASITE® Gel je rehydratační nekrotické tkáň podporuje přirozené odstranění detritu prostřednictvím autolyze. Rovněž uvolňuje a absorbuje odumřelou tkáň a exsudát.

INTRASITE® Gel zajišťuje vlhké prostředí pro hojení ran. Je nepříhlavý a nepoškozuje životaschopné tkáně nebo kůži obklupující rany.

Indikace

INTRASITE® Gel je určen k odstraňování neživotaschopné tkáně z měkkých, podmínovaných a hlubokých ran (např. proleženin, vředů na nohou, diabetických vředů chodidel, maligních ran, popálenin, chirurgických ran, opaření, tržných ran, odřenin, amputací a funginózních vředů). Také slouží k ošetření dutinových ran s granulační tkání, exkoriované kůže a radiačních popálenin.

Kontraindikace

Nepoužívejte v případě známé citlivosti na INTRASITE® Gel nebo na kteroukoli z jeho složek.

Bezpečnostní opatření při použití

Před radiační terapií zajistíte odstranění zbylého gelu. Pokud se objeví známky podráždění nebo citlivosti, přerušte používání. INTRASITE® Gel se musí používat opatrně v blízkosti očí a v hlubokých ranách s úzkými otvory (např. píštěl) a v tělních dutinách, kde může být odstranění gelu obtížné. INTRASITE® Gel je určen pouze k zevnímu použití a nesmí se užívat vnitřně. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ - při likvidaci ochranného víčka postupujte opatrně. Vyvarujte se požití. Nepoužívejte na popraskané bradavky. INTRASITE® Gel je a single INTRASITE® Gel je výrobek pro jedno

použití. Při použití u více než jednoho pacienta může dojít ke krízové kontaminaci nebo infekci. Nepoužíti gel se nesmí uchovávat pro pozdější použití.

Návod k použití

Pokud se přípravek používá na infikované rány, infekce se musí ošetřit podle místního klinického protokolu.

1. Připravte místo rány:

Odstraňte sekundární krytí. Propláchnutím rány sterilním fyziologickým roztokem očistěte místo rány.

2. Připravte balení:

Sejměte ochranné víčko z trysky. Odřete odlamovací špičku a trysku balení vhodným antiseptickým tamponem. Odolme vzorkovanou špičku z trysky.

3. Zavedte INTRASITE® Gel do rány. Udržujte špičku trysky mimo povrch rány a jemně stisknutím misky balení naneste gel do rány. Přitom dbejte na to, aby se přebytečný gel nedostal na okolní kůži.

Vyhlaďte INTRASITE® Gel na povrchu rány do houbky přibližně 5 mm. Veškerý nepoužitý gel zlikvidujte.

4. Zakryjte ránou:

Překryjte sekundárním krytím podle vlastní volby, např.: STÁDÍUM RÁNY KRYTÍ Nekrotická OPSITE®

Olpoující se	FLEXIGRID®
ALLEVYN®/	MELOLIN®
Granulační	ALLEVYN/
MELOLIN/	OPSITE®
FLEXIGRID	CARBONET®

Páchnoucí	FLEXIGRID
CARBONET®	

5. Odstranění INTRASITE® Gel: INTRASITE® Gel lze z rány odstranit opachováním sterálního fyziologického roztoku. Pokud je obtížné INTRASITE® Gel odstranit, lze odstranění usnadnit navlhčením oblasti sterilní vodou nebo fyziologickým roztokem. U nekrotických a olupujících se ran se doporučuje měnit kryt alespoň každé tři dny. U čistých granulačních ran závisí frekvence výměny krytí na klinickém stavu rány a množství vyprodukovaného exsudátu.

Princip funkce

INTRASITE® Gel je rehydratační nekrotické tkáň podporuje přirozené odstranění detritu prostřednictvím autolyze. Rovněž uvolňuje a absorbuje odumřelou tkáň a exsudát.

INTRASITE® Gel zajišťuje vlhké prostředí pro hojení ran. Je nepříhlavý a nepoškozuje životaschopné tkáně nebo kůži obklupující rany.

Indikace

INTRASITE® Gel je určen k odstraňování neživotaschopné tkáně z měkkých, podmínovaných a hlubokých ran (např. proleženin, vředů na nohou, diabetických vředů chodidel, maligních ran, popálenin, chirurgických ran, opaření, tržných ran, odřenin, amputací a funginózních vředů). Také slouží k ošetření dutinových ran s granulační tkání, exkoriované kůže a radiačních popálenin.

Kontraindikace

Nepoužívejte v případě známé citlivosti na INTRASITE® Gel nebo na kteroukoli z jeho složek.

Bezpečnostní opatření při použití

Před radiační terapií zajistíte odstranění zbylého gelu. Pokud se objeví známky podráždění nebo citlivosti, přerušte používání. INTRASITE® Gel se musí používat opatrně v blízkosti očí a v hlubokých ranách s úzkými otvory (např. píštěl) a v tělních dutinách, kde může být odstranění gelu obtížné. INTRASITE® Gel je určen pouze k zevnímu použití a nesmí se užívat vnitřně. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ - při likvidaci ochranného víčka postupujte opatrně. Vyvarujte se požití. Nepoužívejte na popraskané bradavky. INTRASITE® Gel je a single INTRASITE® Gel je výrobek pro jedno

použití. Při použití u více než jednoho pacienta může dojít ke krízové kontaminaci nebo infekci. Nepoužíti gel se nesmí uchovávat pro pozdější použití.

Návod k použití

Pokud se přípravek používá na infikované rány, infekce se musí ošetřit podle místního klinického protokolu.

1. Připravte místo rány:

Odstraňte sekundární krytí. Propláchnutím rány sterilním fyziologickým roztokem očistěte místo rány.

2. Připravte balení:

Sejměte ochranné víčko z trysky. Odřete odlamovací špičku a trysku balení vhodným antiseptickým tamponem. Odolme vzorkovanou špičku z trysky.

3. Zavedte INTRASITE® Gel do rány. Udržujte špičku trysky mimo povrch rány a jemně stisknutím misky balení naneste gel do rány. Přitom dbejte na to, aby se přebytečný gel nedostal na okolní kůži.

Vyhlaďte INTRASITE® Gel na povrchu rány do houbky přibližně 5 mm. Veškerý nepoužitý gel zlikvidujte.

4. Zakryjte ránou:

Překryjte sekundárním krytím podle vlastní volby, např.: STÁDÍUM RÁNY KRYTÍ Nekrotická OPSITE®

Olpoující se	FLEXIGRID®
ALLEVYN®/	MELOLIN®
Granulační	ALLEVYN/
MELOLIN/	OPSITE®
FLEXIGRID	CARBONET®

Páchnoucí	FLEX
-----------	------